



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE  
CENAF, Lote 7, Variante 2 - Bairro Capucho - CEP 49081-000 - Aracaju - SE - http://www.tre-se.jus.br  
\_seasa@tre-se.jus.br\_(79) 3209-8664

## SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO

### IA 23 - VERSÃO 4 - ANEXO 1

ATENÇÃO: Encaminhar esta solicitação à SAO com o comprovante do valor estimado (orçamento, nota de empenho, contrato ou nota fiscal) e os documentos exigidos conforme a forma de contratação

#### UNIDADE SOLICITANTE

Sigla da Unidade	Responsável pela Unidade	Ramal
COASA	ADRIANA DA FONSECA MORAES SOBRAL	8682

#### DESCRIÇÃO COMPLETA DO MATERIAL / OBRA / SERVIÇO

**ATENÇÃO: 1.** Incluir ou excluir linhas de acordo com o número de itens / **2.** Indicar pelo menos três fornecedores/prestadores por item / **3.** Para solicitação de suprimento aberto, registrar em "ESPECIFICAÇÃO" o valor, o elemento de despesa e o nome e CPF do suprido. Também preencher o campo "JUSTIFICATIVA".

ITEM	CÓDIGO SIASG (catmat ou catser)	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
		<p>Conjunto de Equipamento Odontológico <b>do mesmo fabricante</b> com:</p> <p><b>Cor do estofado: tons pastel</b></p> <p><b>Pintura do conjunto de equipamento odontológico: cor gelo ou branca, com tratamento anticorrosivo.</b></p> <p><b>Tensão de alimentação 127V</b></p> <p><b>Registro na anvisa</b></p> <p><b>Garantia mínima: Padrão do Fabricante. Assistência técnica autorizada, no Estado de Sergipe, preferencialmente em Aracaju.</b></p> <p><b>Montagem do conjunto paga pelo contratado e realizada por um técnico credenciado de modo a manter da garantia dos equipamentos.</b></p> <p><b>Dabi Atlante, Gnatus, Saevo ou similar de qualidade igual ou superior</b></p> <p><b>Composto de:</b></p> <p><b>1) Cadeira odontológica:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Estrutura construída em aço maciço, com tratamento antioxidante/anticorrosivo e pintada em tinta epóxi/poliestireno</li><li>Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, com capacidade de elevação de até 200 kg, com tolerância de 5% e que atendam as normas NBR IEC 60601-1</li><li>Caixa de ligação integrada</li><li>Apresenta o botão ON/OFF localizado na lateral da base da cadeira</li><li>Braço de apoio para o paciente articulável e rebatível</li><li>Comando "volta zero" na cadeira e no equipo</li><li>Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-reductor de baixa tensão com 24 volts</li><li>Sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem: 24 volts</li><li>Tensão de alimentação 127 V ~ 50/60Hz</li><li>Cadeira com movimento sincronizado entre assento e encosto</li><li>Encosto de cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca</li><li>Base com debrum antiderrapante que dispensa fixação no piso</li></ul>		

- Estofamento anatômico, sem costura, antichamas, confeccionado em laminado PVC, que permita procedimentos de limpeza e higienização sem sofrer deterioração por agentes de limpeza, cor do estofado **qualquer coloração tom pastel**
- **Registro na ANVISA**

## 2) Pedal:

- Joystick
- Pedal de comando multifuncional acionando cadeira, peças de mão e refletor
- Movimentos de elevação e inclinação automáticos e sincronizados
- Com no mínimo 3 programações de posições de trabalho que podem ser personalizadas
- Função “volta à zero” para retornar à posição inicial diretamente
- Desligamento automático do refletor ao pressionar a tecla “voltar a zero”
- Proteção do sistema elétrico contra oscilações de tensão e corrente

## 3) Refletor:

- Tecnologia de iluminação - LED
- **Sistema óptico com 5 LEDs: 3 LEDs de cor branca + 2 LEDs de cor laranja;**
- **Quatro intensidades de luz. Luz branca 15.000, 25.000 e 35.000 LUX (com variação de +-10%) e Luz laranja 5.000 LUX;**
- Sensor de proximidade para acionamento do refletor
- A seleção da intensidade luminosa também é realizada através do sensor de proximidade
- O refletor possui um sistema eletrônico digital interno, de fácil e rápida programação
- Fonte de luz fria
- Foco de luz retangular
- Design com linhas arredondadas
- Cabeçote em material resistente, com giro de 620º permitindo ampla mobilidade em diversas posições.
- Puxadores bilaterais em forma de alça
- Protetor frontal removível, construído em material resistente e transparente, protege o sistema óptico contra aerossóis.
- **Registro na ANVISA**

## 4) Cuspideira/Unidade de água:

- Produzido em ABS injetado
- Cuba em cerâmica: profunda, removível e com ralo e filtro para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos
- Filtro de detritos localizado na unidade de água
- Sistema de regulagem da vazão da água que permite a regulagem fina do fluxo de água
- Reservatórios translúcidos com no mínimo 800 ml para: água das peças de mão, seringa tríplice
- Unidade de água e cuba rebatível em no mínimo 60º, possibilitando uma ampla mobilidade e permitindo a aproximação do auxiliar ao campo operatório
- Porta copo com sensor de proximidade: apresenta um exclusivo sensor de aproximação que aciona automaticamente o fluxo de água na cuspideira, proporcionando maior praticidade, conforto para o paciente, segurança e economia de água
- Temporizador programável de água com interruptor de acionamento elétrico (até 60 segundos)
- Contendo 01 Suctor de saliva a ar
- **Registro na ANVISA**

**5) Equipó:** acoplado à cadeira, com braço articulável, com ampla movimentação na horizontal e na vertical, travamento pneumático, **contendo no mínimo 5 terminais**. Negatoscópio com iluminação LED. Chave de segurança/emergência para interrupção ou bloqueio dos movimentos pré-ajustados).com painel de comando para acionamento de todas as funções da cadeira, unidade de água, refletor e peças de mão. Teclas para acionamento dos movimentos e programações da cadeira. Alavanca dupla de acionamento do equipo através de acelerador lateral com sistema pneumático.

- **Registro na ANVISA**
- Ambidestro
- Produzido em ABS injetado com estrutura construída em aço maciço, com tratamento antioxidante/anticorrosivo e pintada em tinta epóxi/poliestireno
- Braços articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo na pega lateral proporcionando liberdade aos movimentos
- Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal
- Contendo Seringa tríplice com bico giratório, removível e autoclavável

416184  
consultório  
odontológico,  
material  
estrutura aço,  
pintura  
eletrostática, tipo  
revestimento pvc  
laminado s/  
costura, tipo  
encosto  
cabeceira  
biarticulada, tipo  
controle  
comando pedal  
p/ cadeira e  
refletor, equipo  
equipo acoplado,  
bandeja, 3  
terminais  
borden, tipo  
refletor led, tipo  
unidade auxiliar  
cuba, 2  
sugadores,  
seringa tríplice

1

1

1

- Mangueiras: arredondadas, leves e flexíveis
  - Tampo de inox removível
  - Puxador Bilateral
  - Com negatoscópico acoplado
  - Painel PAD (Comandos Eletrônicos), acionando todos os comandos da cadeira, equipo, unidade de água e refletor
- a. Subida e descida do assento da cadeira
  - b. Subida e descida do encosto da cadeira
  - c. Bloqueio de movimentos
  - d. Posição de volta à zero
  - e. Acionamento da água da cuba e do porta-copo
  - f. Posição de cuspir e retorno à última posição
  - g. Programação de trabalho
  - h. Acendimento do refletor

**Composição dos terminais**

- - 01 seringa tríplice com bico giratório, removível e autoclavável
- - 01 terminal com spray para baixa rotação
- - **01 terminal com spray para alta rotação para caneta de led acompanhado de 2 canetas de led**
- - 01 terminal terminal para ultrassom com vibrações ultra-sônicas de no mínimo 30 kHz  $\pm$  5, **com bombas peristáltica**, acompanhado de no mínimo 2 tips Perio Sub, 1 tip Perio Supra e chave de instalação
- - 01 terminal para jato de bicarbonato

**6) 2 (duas) Canetas alta rotação com led compatível com o terminal de led do equipo**

- Rolamento cerâmico
- Sistema push button
- Conexão Borden- ISO 9168
- **Rotação: 290.000 a 450.000 rpm**
- Refrigeração no mínimo tripla
- Borden com 2 furos
- Autoclavável
- **Registro na anvisa**

**7) 2 (dois) Mochos:**

**Cor do estofamento tom pastel no mesmo material, cor e tonalidade da cadeira odontológica descrita no Conjunto de Equipamento Odontológico - Item 1 .**

**Garantia mínima: Padrão do Fabricante. Assistência técnica autorizada, no Estado de Sergipe, preferencialmente em Aracaju.**

- Mocho com encosto anatômico, acabamento liso e cantos arredondados de fácil limpeza e assepsia
- Estofamento em material rígido e resistente, com revestimento sem costura, densidade adequada e anti-deformante
- Base com 5 rodízios de poliamida
- Com ajuste de altura
- Assento com sistema central de elevação a gás através de alavanca lateral
- Com sistema de duas (02) alavancas, sendo uma (01) alavanca para regulagem da altura do assento com a descida acionada pelo usuário e a subida por mola, e uma alavanca (01) para regulagem da inclinação do encosto, além de um sistema de catraca para ajuste da altura do encosto, alavancas devem ter seus movimentos amortecidos pelo sistema de pistão a gás pressurizado

<p>2</p> <p>415965 - aparelho ultrassonografia, frequência emissão 1 e 3, voltagem 110 / 220, aplicação fisioterapia, características adicionais modo contínuo e pulsado, componentes temporizador ajustável, sensor térmico, outros componentes</p>	<p>Aparelho ultrassom para uso fisioterápico com a função de gerar ondas sonoras e vibrações mecânicas, a serem transformadas em energia atuante no tecido de forma contínua ou pulsada, com display gráfico para identificação de protocolos e programações, com a terapia combinada, com a aplicação simultânea do ultrassom com estimulação elétrica de baixa ou média frequência, com 21W de potência, tela em LCD, sensor térmico da temperatura do equipamento e desligamento automático, voltagem - Bivolt (automático), frequência mínima de 3MHz e <b>Registro na Anvisa</b></p> <p><b>Garantia mínima: Padrão do Fabricante. Assistência técnica autorizada, no Estado de Sergipe, preferencialmente em Aracaju.</b></p>	<p>1</p>	<p>1</p>
--	--	----------	----------

	cabo força, 2 transdutores, fusíveis extras		
3	42505 - aparelho eletroestimulador neuromuscular, componentes p/ nervo periférico, adicionais c/ caneta e agulha, alimentação bateria, características adicionais c/ estojo, acessórios c/ cabo e conectores	Aparelho eletroestimulador neuromuscular Tens/FES com canais de aplicação via eletrodos em contato direto com o paciente e é utilizado nas terapias por correntes TENS e FES, com display gráfico com a identificação de protocolos e programações, canais com ajuste de intensidade independentes, visor frontal de cristal líquido para a identificação de protocolos e programações, protocolos de tratamentos prontos: conferem agilidade e praticidade para a rotina clínica do profissional, timer ajustável de 1 à 60 minutos e <b>Registro na Anvisa</b> <b>Garantia mínima: Padrão do Fabricante. Assistência técnica autorizada, no Estado de Sergipe, preferencialmente em Aracaju.</b>	1

FORNECEDOR/PRESTADOR	TELEFONE	E-MAIL
ITEM 1		
1.Surya Dental	0800602 1717	
2.Dental Cremer	08007277565	
3.Odontotec	(79) 3214-6616	
4.Odonto Equipamentos	(11) 2776-7961	
5. BCMed	0800-878-0246	

VALOR ESTIMADO: R\$ 57992,97 (cinquenta e sete mil, novecentos e noventa e dois reais e noventa e sete centavos)
PRAZO PARA ENTREGA/FORNECIMENTO: 30 (trinta) dias corridos

### **CONTRATAÇÃO**

<p>JUSTIFICATIVA (preencher cada tópico separadamente):</p> <p>1. Finalidade:</p> <p>a) A presente solicitação de contratação tem por objeto a aquisição em <b>lote de 1 (um) conjunto odontológico inclusa a montagem dos equipamentos, com a alienação simultânea de um conjunto odontológico em uso no valor de R\$6.900,00 (seis mil e novecentos reais)</b> marca Dabi Atlante composto de cadeira odontológica modelo Croma (cor azul marinho); equipo flex Type (com 5 pontas: 01 terminal para alta rotação com fibra óptica para caneta de alta rotação dabi atlante forza ceramics; 01 terminal para baixa rotação com spray de água com acoplamento para canetas de baixa marca dabi atlante, modelo n270; 01 terminal ultrassom multifuncional para periodontia e dentística e <b>sem</b> pontas/tips de dentística e <b>sem</b> as pontas de periodontia; 01 terminal com jato de bicarbonato, 01 seringa tríplice); refletor reflex; unidade auxiliar techno 200 (com 01 fotopolimerizador e 2 pontas suctoras) e 02 mochos (cor azul marinho) todos com data da aquisição 15/04/2010).</p> <p>O conjunto odontológico atualmente existente nas dependências da SEASA, é da marca Dabi Atlante, foi adquirido <b>em 2010 (há 13 anos)</b> e é composto de cadeira, equipo, refletor e unidade auxiliar tendo acoplados ao terminal da unidade auxiliar o fotopolimerizador e aos terminais do equipo aparelho de profilaxia (ultrasson e jato de bicarbonato), que sairão da SEASA, juntamente com o conjunto odontológico, haja vista a impossibilidade de desmembramento dos respectivos equipamentos.</p> <p>Este conjunto tem apresentado defeitos recorrentes e constante necessidade de manutenção, com custo relativamente elevado, principalmente quando relacionado ao valor de mercado do bem, como também em virtude do desgaste previsível dos equipamentos. E atualmente, segundo a empresa contratada para realização de sua manutenção, encontra-se impossibilitado de conserto devido ao não fornecimento de peças, haja vista a descontinuidade da linha no mercado.</p> <p>Tem-se observado a crescente procura de atendimento fisioterápico, por parte dos servidores, em virtude de queixas relacionados a dores osteomusculares acarretando a necessidade de equipar o atendimento de fisioterapia para atender a demanda.</p> <p>b) Atender à necessidade de materiais permanentes dos serviços de saúde da assistência direta deste Tribunal visando às ações de promoção da assistência à saúde funcional e ao bem-estar dos servidores e seus dependentes e ainda vantajosidade</p>
--

para a Administração Pública.

2. Necessidade:

Disponibilizar ao profissional da Seção de Assistência à Saúde (SEASA) meios para atendimento clínico com a compra de equipamentos indispensáveis ao funcionamento do gabinete odontológico. Os equipamentos solicitados são utilizados diariamente em todos os procedimentos de odontologia realizados pela COASA e são essenciais ao funcionamento do gabinete odontológico, bem como equipar o atendimento de fisioterapia

3. Benefícios para a Instituição:

a) inevitável a necessidade de uma ordenação de práticas preventivas e curativas, a exemplo da promoção de novas percepções, valores e atitudes sobre o cuidado à saúde, edificando-se as bases da transformação da forma de ver a saúde, proporcionando, ainda, para este Tribunal uma significativa redução de faltas ao trabalho, disponibilizar para todas(os) as(os) servidoras(es) equipamentos que em pronto e bom funcionamento;

b) para que os usuários possam contar com todos os benefícios da assistência direta, com um pleno funcionamento da Seção de Assistência à Saúde - SEASA, faz-se necessária a aquisição dos equipamentos solicitados, uma vez que sem eles torna-se inviável o atendimento no gabinete odontológico, bem como equipar o atendimento de fisioterapia.

FORMA DE CONTRATAÇÃO (se necessário, consultar a COMAC):

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO (indicação do macrodesafio e da iniciativa ou indicador estratégico, se for o caso):

APRESENTA CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL?	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input checked="" type="checkbox"/>
INTEGRA O PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO?	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input checked="" type="checkbox"/>
A CONTRATAÇÃO ESTÁ PREVISTA NO ORÇAMENTO?	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>

OBSERVAÇÕES:

**PREENCHER APENAS SE A DESPESA NÃO CONSTAR DO ORÇAMENTO**

ATENÇÃO: Neste caso, encaminhar a solicitação ao Diretor-Geral

JUSTIFICATIVA (motivo da não programação orçamentária):

INDICAR RECURSO DO ORÇAMENTO A OFERECER, SE FOR O CASO:



Documento assinado eletronicamente por **ADRIANA DA FONSECA MORAES SOBRAL, Coordenador(a)**, em 21/09/2023, às 09:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **DEBORA MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO, Técnica(o) Judiciária(o)**, em 21/09/2023, às 10:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.tre-se.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.tre-se.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1428212** e o código CRC **D155A1F3**.